

南牧村学校給食センター
担当者 様

測定番号:2

測定結果

【試料情報】

測定試料名 : さといも
測定試料備考 : 南牧村
試料正味重量 : 489g


【測定情報】

測定日時 : 2012/10/04 15:23:31
測定時間 : 20分
下限値 : 10.0 Bq/kg
検出下限値 : 12.9 Bq/kg
判定条件 : 正味3 σ (シグマ)以上
コメント1 :
コメント2 :

【測定値】

核種名		放射能±誤差 (Bq/kg)	エネルギー (keV)
ヨウ素131	I-131	不検出 <9.8	365
セシウム137	Cs-137	不検出 <8.3	662
セシウム134	Cs-134	不検出 <8.1	796
カリウム40	K-40	不検出 <78.5	1461
セシウム合算	Cs-134,137	不検出 <16.4	796, 662

※「不検出」とは上記「検出下限値」未満のことです。



株式会社テクノエーピー

〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

※測定器はテクノエーピー社製TN300Bを使用しております。